



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби



Лапа В. І.

**ВИСНОВОК
державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від "27" 12 2017 року

№ 602-123-20-1/40491

Об'єкт експертизи: Гільзи захисні «ОВЕН ГЗ»

(назва об'єкта експертизи)

виготовлений у відповідності із - ТУ У 26.5-35348663-053:2017 «Гільзи захисні ОВЕН ГЗ. Технічні умови»

(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за ДКПШ, УКТЗЕД, артикул: 26.51.82.00

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи Призначені для захисту датчиків температури: перетворювачів термоелектричних і термоперетворювачів опору, від механічних і хімічних впливів робочого середовища при вимірюванні температури рідких, паро- та газоподібних середовищ, сипучих і твердих матеріалів. Гільзи можуть застосовуватися в системах теплопостачання, вентиляції та кондиціонування повітря, в трубопроводах, в різних галузях промисловості, комунального і сільського господарства, в системах господарсько-питного водопостачання, харчової та молочної промисловості.

Країна-виробник ТОВ «ВО ОВЕН», 61153, м. Харків, вул. Гв. Широнінців, б. 3А

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи ТОВ «ВО ОВЕН», 61153, м. Харків, вул. Гв. Широнінців, б. 3А, Код за ЄДРПОУ 35348663

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україні

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: За результатами ідентифікації, розгляду і аналізу документації, оцінки ризику для здоров'я населення, а також результатами перевірки (контролю) наданого заявником зразка об'єкта експертизи в межах сфери акредитації, а саме: інтенсивність запаху не більше 2 балів; рівні міграції в атмосферне повітря з продукції не більше мг/м³: фенол – 0,003; формальдегід – 0,003; ацетон – 0,35; етилбензол – 0,02; толуол – 0,6; ксилол – 0,2; одориметрія - не більше 2 балів; відповідно до вимог відповідно до вимог ДСанПіН 8.2.1-181-2012 «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги», (затверджені наказом МОЗ України від 29.12.2012 р. № 1139, зареєстрованим в Мініюсті України 09.01.2013 р. за № 87/22619), ГН 2.2.6-184-2013

«Орієнтовно безпечні рівні впливу (ОБРВ) забруднюючих речовин в атмосферне повітря населених місць».

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: а) дотримання вимог, які встановлені даним висновком за результатами випробування наданого зразка; б) забезпечення умов транспортування та термінів зберігання продукції відповідно до рекомендацій виробника, вказаних у супровідній документації; в) проведення вибіркового випробувань об'єкта експертизи на відповідність вимогам даного висновку та діючого санітарного законодавства

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Гільзи захисні «ОВЕН ГЗ»

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

Термін придатності згідно рекомендацій виробника

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо етикетка українською мовою повинна міститись на кожній одиниці продукції; маркування здійснюватись у відповідності з діючим Законодавством України. Даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи

Висновок дійсний: на термін дії ТУ У 26.5-35348663-053:2017 «Гільзи захисні ОВЕН ГЗ. Технічні умови»

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: вітчизняна продукція

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: вітчизняна продукція

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку На об'єктах державного санітарно-епідеміологічного нагляду за встановленими медичними критеріями безпеки, умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації і знищення у обсязі та з періодичністю, визначеними програмами інспектування у відповідності з чинним санітарним законодавством України.

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи
Центру превентивної медицини
Державного Управління справами

м. Київ, вул. Заболотного, 15 т.526-55-32
факс 526-50-06

Протокол експертизи

№ 7980 від 14.12.2017 р

(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії

Гаврильченко О.Г.

М.П.

(прізвище, ім'я, по батькові)

/підпис/



Таб